



Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa, dnia 20.10.2017 roku

Dotyczy: *Przetargu na dostawę urządzeń chłodniczych i mrozących dla CKiK MSWiA*
Ogłoszenie nr 602244-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 20.10.2017 roku

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.10.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania skierowane przez potencjalnego Wykonawcę:

W zakresie Pakietu nr 4:

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia mrozącego pojemniki w pozycji pionowej z obu stron (mrożenia boczne)?
- 2) Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę szokową, która przy pierwszej instalacji wymaga 12 do 16 godzin pracy, aby osiągnąć stabilną temperaturę – 70 ° C /lub niższą/ od włączenia do pierwszego załadowania pojemników z osoczem do mrożenia?

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

- Ad. 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia mrozącego pojemniki w pozycji pionowej z obu stron (mrożenia boczne).
- Ad. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiego urządzenia.

Z upoważnienia Dyrektora CKiK MSWiA

Dariusz Krzemiński