



## Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa, dn. 05.02.2018 r.

*Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę dla CKiK MSWiA W produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi;*

*Ogłoszenie nr 508581-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.*

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.), informujemy, iż w dniu 30.01.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od jednego z potencjalnych Wykonawców o następującej treści:

### **1) Dotyczy pakietu Nr 2**

- 1) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do filtrowania KKP z wbudowanym filtrem w twardej obudowie?
- 2) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów, w których pusty pojemnik odbiorczy będzie posiadał pojemność 1800 ml?

### **2)Dotyczy pakietu Nr 3**

- 1) Czy Zamawiający za informację o przeznaczeniu uzna opisy: „450 ml krwi z 63 ml CPD”, „pojemnik pusty”, pojemnik satelitarny z 100 ml SAG-M” – umieszczone na etykietach poszczególnych pojemników?

### **3) Dotyczy pakietu Nr 4**

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których pojemnik na UKKcz zawierający 100 ml płynu SAGM będzie posiadał pojemność 500 ml?

### **Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:**

Ad. 1

Dot. pytania 1)

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie tego rodzaju zestawów.

Dot. pytania 2)

Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów, w których pusty pojemnik odbiorczy będzie posiadał pojemność 1800 ml.

Ad. 2

Zamawiający uzna przytoczone w treści zapytania zapisy za opisy produktów.

Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów, w których pojemnik na UKKcz zawierający 100 ml płynu SAGM posiada pojemność 500 ml.

DYREKTOR  
CENTRUM KRZYŻOWANIA I KWIŁECZNICTWA  
Ministerstwa Spraw Parlamentarnych i Administracji  
  
Beata Uzyńska-Kaluza