



Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa, dnia 14 maja 2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę dla CKiK MSWiA produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi;

Ogłoszenie nr 544724-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.), informujemy, iż w dniu 13.01.2019 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od jednego z potencjalnych Wykonawców o następującej treści:

„Dotyczy Pakiet Nr 3

Zamawiający w punkcie 3.3.3 ppkt. p) opisu przedmiotu zamówienia wymaga: dren doprowadzający pierwszą krew do dodatkowego pojemnika powinien odchodzić od drenu czerpalnego na wysokości 20-35 cm licząc od igły. Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy gdzie wspomniana długość drenu mieści się w zakresie 18-21 cm? Taka długość nadal zapewnia odpowiedni komfort wkłucia.”

Odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

Zamawiający zaakceptuje zestawy gdzie długość drenu, o której mowa w powyższym zapytaniu mieści się w zakresie 18-21 cm.

DYREKTOR
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Beata Uściwińska-Kaluża