



Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa, dnia 16 maja 2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę dla CKiK MSWiA W produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi;

Ogłoszenie nr 544724-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.), informujemy, iż w dniu 13.01.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od jednego z potencjalnych Wykonawców o następującej treści:

- **Dot. pakietu nr 1: Zestawy do filtrowania KKP z wbudowanym filtrem in-line do usuwania leukocytów z KKP w ilości 150 sztuk, wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do filtrowania KKP z wbudowanym filtrem in-line w twardej obudowie. Filtr ten umożliwi również bezpieczne wirowanie w wirówce przy jego odpowiednim ułożeniu w pojemniku do wirowania. Zestawy z tego typu wbudowanym filtrem są z powodzeniem użytkowane przez Centra Krwiodawstwa w Polsce m.in. RCKiK w Bydgoszczy, RCKiK w Lublinie, RCKiK w Katowicach.
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów, w których pusty pojemnik odbiorczy będzie posiadał pojemność 1800 ml?
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów nie posiadających etykiety na pojemniku pustym transferowym (z drenem z rozgałęzieniami do podłączenia kożuszków)? Pojemnik ten służący do zlewania kożuszków leukocytno-płytkowych jest tylko pojemnikiem pośrednim, który zostaje zutylizowany, natomiast składnik końcowy (przefiltrowane KKP) pozostaje w pojemniku odbiorczym, który posiada odpowiednią etykietę zgodną z wymogami.

- **Dot. pakietu nr 2: Pojemniki potrójne góra-góra z roztworem wzbogacającym w ilości 8 000 szt., wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

4. Czy Zamawiający za informację o przeznaczeniu uzna następujące opisy: „450 ml krwi z 63 ml CPD”, „pojemnik pusty”, pojemnik satelitarny z 100 ml SAG-M” umieszczone na etykietach poszczególnych pojemników?

5. Czy Zamawiający jest w stanie przedstawić harmonogram dostaw pojemników w celu zapewnienia terminowych dostaw produktu, w tym terminu pierwszej dostawy?

- **Dot. pakietu nr 3: Pojemniki poczwórne góra-dół z roztworem wzbogacającym z filtrem in-line do KKCz do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi – w ilości 4000 szt., wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z następującym umiejscowieniem kominów z przełamwalnymi króccami:

- jeden komin z króccem przy pojemniku macierzystym u wyjścia drenu prowadzącego do górnego pojemnika pustego na osocze
- dwa kominy z króccami przy dolnym pojemniku na KKCz tj. jeden u wyjścia drenu łączącego go z pojemnikiem macierzystym oraz drugi u wyjścia drenu biegnącego do filtra?

Zestawy pojemników z króccami rozmieszczonymi w taki sposób, są z powodzeniem używane od lat przez liczne centra krwiodawstwa w Polsce (m.in. RCKiK Katowice, RCKiK Wrocław, RCKiK Gdańsk, RCKiK Kraków, RCKiK Zielona Góra, RCKiK Opole), a także obecnie przez samego Zamawiającego.

- **Dot. kryteriów oceny ofert**

7. Czy Zamawiający może przedstawić szczegółową punktację, która będzie przyznawana przy ocenie jakości produktu, tj. ilość punktów za poszczególne oceniane cechy stawiane w charakterystyce przedmiotu zamówienia, tzn. jakie będą przedziały punktacji, ile maksymalnie punktów można uzyskać za poszczególne parametry typu: ostrość igieł, elastyczność drenu, przejrzystość pojemników itp.?

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

Dotyczy Pakietu nr 1:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takich zestawów.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takich zestawów.

Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich zestawów.

Dotyczy Pakietu nr 2:

Ad. 4

Zamawiający postanawia w tym zakresie zachować wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 5

Częstotliwość dostaw na podstawie składanych zamówień uzależniona będzie od ilości dawców - w praktyce zamówienia składane są co miesiąc lub dwa miesiące. Pierwsze zamówienie Zamawiający złoży zaraz po zawarciu umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym.

Dotyczy Pakietu nr 3:

Ad. 6

Zamawiający w zakresie którego dotyczy zapytanie nie wyraża zgody na odstępianie od wymagań zawartych w SIWZ i nie dopuści pojemników nie spełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ.

Dotyczy: Kryteriów oceny ofert:

Ad. 7

Ocena jakościowa pojemników dokonana zostanie w oparciu o ocenę 7 elementów (punktacja w nawiasach) obejmujących: igły (0-10), opakowanie pojemników (0-5), dreny(0-4), system próżniowy do pobierania próbek krwi (0-4), etykiety (0-6), zaciski, króćce ,membrany (0-3), rodzaj tworzywa sztucznego pojemników i drenów(0-8). Ocena zostanie dokonana przez co najmniej 3 pracowników wykorzystujących pojemniki w codziennych procesach, którzy przyznają im punkty na podstawie oceny każdego z powyższych elementów, a następnie punkty są sumowane i podstawiane do drugiego ze wzorów wskazanych w punkcie 14 SIWZ.

DYREKTOR
CENTRUM KRWIOTERAPII I KRWIOLECZNICTWA
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Beata Uszyńska-Kałuża